Guía rápida del Motif Roam™

1. Botones y funciones

A Modo de Masaje
B Modo de expresión
C Modo de alimentación en bloques
D Modo de bombeo general
E Indicador de nivel
F Visualización de la hora
G Visualización de potencia
H Botón de encendido
I Botón de modo
J Botón de aumento de nivel
K Botón de reducción de nivel



2. Montaje de las copas de recogida del Motif

1. Introduzca la válvula de pico de pato de silicona en el protector mamario.

2. Coloque el diafragma en el protector mamario. Asegúrese de que está sellado alrededor del borde.

3. Introduzca la boquilla de la copa de recogida en el orificio situado en la parte superior del protector mamario. Empuje la copa de recogida en el protector mamario. Debe oírse un “clic”.

4. Inserte el tubo en el conector y conéctelo a la copa de recogida.

5. Para una sola extracción, inserte un tubo en un puerto del sacaleches y bloquee el otro. Para extraer leche de ambos lados, inserte ambos tubos en los dos puertos del sacaleches.



3. Extracción de leche

1. Mantenga pulsado el botón de encendido ⏻ para iniciar la extracción. El sacaleches comienza en modo masaje en el nivel 1.

2. Pulse el botón Modo Ⓜ para cambiar de modo. El Motif Roam dispone de los cuatro modos siguientes:
    - **Modo de masaje:** Estimula la bajada de leche con 5 niveles de succión.
    - **Modo de extracción:** Diseñado para una extracción eficaz de la leche y dispone de 9 niveles.
    - **Modo de alimentación en bloques:** Ayuda a aumentar la producción de leche imitando el patrón de lactancia natural de un bebé que se alimenta en períodos cortos y frecuentes. Este modo tiene 5 niveles.
    - **Modo de extracción general:** Este programa comienza en modo masaje y cambia automáticamente a modo extracción. Esto se repite dos veces durante dos bajadas para ayudar a extraer la mayor cantidad de leche. Este modo tiene 9 niveles.

3. Ajuste la fuerza de succión pulsando el botón AUMENTO DE NIVEL ⊕ o REDUCCIÓN DE NIVEL ⊖ para encontrar un ajuste cómodo. Los modos Masaje y Alimentación en Bloques tienen 5 niveles, mientras que los modos Extracción y Extracción General tienen 9 niveles.
4. Cuando termine su sesión de extracción, pulse prolongadamente el botón de encendido ⏻ para apagar el sacaleches. Tenga en cuenta que el sacaleches se detendrá automáticamente transcurridos 30 minutos.

4. Después de la extracción

1. Después de la sesión de extracción, apague el sacaleches.
2. Retire con cuidado el conector del tubo de la copa mientras aún está en el sujetador.
3. Deslice un dedo entre su pecho y el protector mamario para separarlos. Retire la copa de recogida del sujetador, manteniéndola en posición vertical para evitar que se derrame la leche materna.
4. Con el protector mamario hacia arriba, vierta suavemente la leche en un biberón o recipiente de recogida a través de la boquilla de vertido situada en la parte superior del vaso. No guarde la leche en la copa de recogida.

Después de cada sesión de extracción, asegúrese de desmontar el conjunto. No intente nunca limpiar o esterilizar las piezas del extractor cuando aún estén montadas para asegurarse de que está limpiando y esterilizando cada pieza por separado.

5. Advertencias y precauciones

⚠ ADVERTENCIA: Situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN: Situación posiblemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales leves.

Fabricado por:
Motif Medical®, LLC
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901

Teléfono: (844) 272-8390
Correo electrónico: info@motifmedical.com
Web: www.motifmedical.com

motif ROAM™